FR

Pol. Ind. Santa Mª d'Artés
c/ Sant Antoni Mª Claret, 16-17
08271 ARTÉS (BARCELONA)
Tel.+34 93 830.58.14
Fax. +34 93 830.59.54
E-Mail: info@quirosa.com
http://www.quirosa.com

MASQUE DE RÉANIMATION

"PREMIERS SECOURS"

Masque pour le bouche-à-bouche. Avec valve anti-retour située entre le masque et le tube de respiration. Masque pour réanimation manuelle (ballon de réanimation) et anesthésie, gonflable avec valve de sécurité, en PVC anti- allergie, compatible avec les appareils de ventilation assistée (réanimateurs manuels). Réanimateur manuel facile à manipuler.

CODES
00210001
00210002
00210003
00210004
00210005
00210006
00210007

MODÈLE CPR

Codes: 210001, 210002
RÉANIMATION MASQUE CPR / CAS
Masque utilisé pour les adultes et les enfants. Avec connecteur pour l'oxygène. Ne contient pas de latex.
Total vanne d'isolement.
Amovible et stérilisable.

210001/210002 CPR
RÉANIMATION MASQUE CPR

210007 BUSE DE MASQUE
CPR 18mm (facultatif)

210008 ADAPTATEUR TUBE MASQUE (en option)
210006 TUBE EXTENSION MASQUE 6" (en option)

210002 Masquer
Réanimation CPR
avec le cas

MODÈLE DE POCHE

Dispositif de réanimation comprenant une feuille de plastique et le clapet. À usage unique. Est une barrière efficace contre une éventuelle infection ou de contamination.
Matériel: plastique.
Ne contient pas de latex.
Flux d'air unidirectionnel de Valve.
Taille pliée: 5 x 5 x 1,5 cm.
Taille déployé: 20 x 20cm.
Taille du boîtier: 10 x 10cm.
Très facile à utiliser. À usage unique.

210003 Masque bouche-bouche
"Bôite en carton"

210004 Masque bouche-bouche
"Avec étui porte-clés"

HANDY-TYPE MODÈLE

Matériel: plastique.
Ne contient pas de latex.
Valve écoulement d'air bidirectionnel (tissu).
Taille pliée: 2 x 2 x 0.4cm.
Taille déployé: 30 x 20cm.
Taille de l'emballage: 6 x 6 x 0,5 cm.
Très facile à utiliser. À usage unique.

210005 Masquer
Handy-Type

Dimensions:

CODE	DESCRIPTION	MODÈLE	BÔITE D'EMBALLAGE
21.00.01	MASQUE RÉANIMATION	CPR	160
21.00.02	MASQUE RÉANIMATION	CPR AVEC LE CAS	128
21.00.03	MASQUE RÉANIMATION	POCKET	100
21.00.04	MASQUE RÉANIMATION	POCKET PORTE-CLÉS	200
21.00.05	MASQUE RÉANIMATION	HANDY TYPE	200
21.00.06	TUBE 6 " EXTENSION BUSE	CPR (Accessoire)	1
21.00.07	BUSE DE MASQUE	CPR (Accessoire)	1
21.00.08	ADAPTATEUR TUBE à MASQUE	CPR (Accessoire) Apte à code: 210006	1

Presentation: par unités.

QUIROSA,S.A. ISO 13485 UL REGISTERED FIRM A17292 ISO 9001

CE

Rev.A. 022015

Les produits de Quirosa sont destinés à la vente aux professionnels dans le domaine médical et non le grand public.

quirosa,s.a.

FR

Pol. Ind. Santa Mª d'Artés
c/ Sant Antoni Mª Claret, 16-17
08271 ARTÉS (BARCELONA)
Tel.+34 93 830.58.14
Fax. +34 93 830.59.54
E-Mail: info@quirosa.com
http://www.quirosa.com

INSTRUCTIONS POR L'UTILISATION

"GÉNÉRIQUE"

INSTRUCTIONS:

Placer la personne aidée de retour avec sa tête en arrière de telle sorte que son menton reste en position haute sur son front. Il est conseillé de placer une couverture roulée, coussin ou la même main sous vos épaules pour que l'ouverture des voies respiratoires est optimal. Une fois ouvert et dégager les voies respiratoires de l'aide, de mettre la vanne de l'unité / masque le nez et la bouche de secours de la victime et immédiatement commencer la respiration artificielle avec un taux initial de 2 insufflation lente (1 à 1,5 secondes durée de chaque) dans la buse, suivi par 10 à 15 par minute insufflé.

Cela devrait gonfler les poumons de la victime et d'élargir la cavité de la poitrine, ce qui provoque la respiration de la victime de se échapper par le trou latéral de la soupape.

CAVEAT:

"Quirosa, SA" ne est pas responsable de tout dysfonctionnement, des blessures ou dommages résultant de modification, usage impropre ou rendue en vertu de conditions météorologiques défavorables stockage et d'utilisation abusive de "AIRWAY" par du personnel non qualifié.

INCORRECT CORRECT CORRECT



MODE D'EMPLOI SPÉCIFIQUE



1 *Choisir le masque de la bonne taille. Monter le masque avec soupape et la buse*

2 *Réglez le sauveteur sur le nez et la bouche du patient et placer la bande élastique. Maintenez le masque fermement tout en se penchant en arrière la tête du patient pour faciliter le passage de l'air.*

3 *Faire deux expirations lentes et surveiller sa poitrine se soulève du patient. Lors de l'abaissement de la poitrine, continuera expirador cycle régulier de 10 à 15 fois par minute.*

LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE EXPIRÉ PETITS ET PLUS FRÉQUENTS

Les produits de Quirosa sont destinés à la vente aux professionnels dans le domaine médical et non le grand public.

QUIROSA,S.A. ISO 13485 ISO 9001 REGISTERED FIRM A17292
Rev.A. 022015